

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες : ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο : 26613 60714-868
e-mail : d.tsara@gnkerkyras.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ης φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας “ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ” στο Γ. Ν. Κέρκυρας βάση της Απόφασης 15ης/θέμα ΕΗΔ 50/25-02-2019.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει τις Παρατηρήσεις – Σχόλια επί της 1ης φάσης διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας “ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ” στο Γ. Ν. Κέρκυρας και συγκεκριμένα:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: IN VITRO ΚΥΦ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 20 ML/MM HG/H/1.0M2 (ΟΠΩΣ HIGH-FLUX, POLYLULFONE, POLYACRYLONITRILE, POLYETHERSULFONE Κ.Α.) ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5M2 (1,5-2,3M2).

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: IN VITRO ΚΥΦ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 20 ML/MM HG/H/1.0M2 (ΟΠΩΣ LOW-FOUX POLYSULFONE, ΡΜΜΑ, Κ.Α) ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,4M2 (1,5-2,2M2).

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ IN VITRO ΚΥΦ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 20ML/MMHG/H/1.0M2, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

I) ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ (ΟΠΩΣ LOW-FOUX POLYSULFONE, ΡΜΜΑ, Κ.Α) ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1,6M2-1,8M2-2,0M2-2,2M2.

II) ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ (1,6M2-1,8M2)

3. ΚΑΘΕ ΦΙΛΤΡΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ:

A) FRESSENIYS 4008S,

B) NIKKISO DBB-05 DBB-07,

G) HOSPAL INTEGRA,

- Η χρονική διάρκεια της 1ης Διαβούλευσης ήταν:
Έναρξη Τρίτη 09-04-2019 και Λήξη Τρίτη 23-04-2019

Ο Διοικητικός Διευθυντής
Βερβισιώτης Σπυριδών

