



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα
Τηλ.:26613-60868
FAX:26610-81086

Κέρκυρα 04/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 27490

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ» με CPV 33162200-5 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

ΣΧΕΤ ∴	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6.Ν 3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ. : 27489/04-12-2020 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ 42 ^{ης} - θέμα 40 ^ο / 27-11-2020
	10. Την με αρ. πρωτ.: 27443/04-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/1359, αρ. Δέσμευσης 1055/0 και ΑΔΑ: 99Ψ34690Β3-ΔΙΜ (ΚΑΕ 1311 ^ο 01),

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ**, παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν **διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.**

Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς να προσκομίσετε Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣ/ΤΗΤΑ
1	<ul style="list-style-type: none">Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης παχέων/λεπτών ιστών, με μήκος συρραφής 40 MM και να εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30 MM, με ενσωματωμένη λάμα	ΤΕΜΑΧΙΑ :2

	στην κασέτα του εργαλείου και clip από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο – 3% αλουμίνιο), με δύο ξεχωριστές σκανδάλες για σύγκλειση και πυροδότηση αντίστοιχα και με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο A) για λεπτούς ιστούς (ύψος κλειστού clip 1,5 MM) B) για παχείς ιστούς (ύψος κλειστού clip 2 MM)	
2	<ul style="list-style-type: none"> Ανταλλακτικές κεφαλές για παχύ ιστό για το παραπάνω εργαλείο 	ΤΕΜΑΧΙΑ : 4
3	<ul style="list-style-type: none"> Εργαλείο ευθείας συρραφής – διατομής – αναστόμωσης 80 MM με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής, επαναφορτιζόμενο με νέα κοπτική λαβίδα σε κάθε επαναφόρτιση για παχύ ιστό 	ΤΕΜΑΧΙΑ : 4
4	<ul style="list-style-type: none"> Ανταλλακτικές κεφαλές 80 MM για παχύ ιστό με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής για το παραπάνω εργαλείο 	ΤΕΜΑΧΙΑ : 4
5	<ul style="list-style-type: none"> Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες : μιας χρήσεως με αποσπώμενη και ανακλινόμενη τελείως παράλληλα στην κεντρική ράβδο κεφαλή με ισχυρά clip τιτανίου κυκλικής ή ορθογώνιας διατομής. Να διαθέτουν αποσπώμενο άκμονα χαμηλού profil για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Να έχουν εγκοπή ασφαλούς περίδεσης και περίπαρσης. Να έχουν παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του clip αναλόγως του πάχους του ιστού από 1.0 – 2.5 MM. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλεισης της κεφαλής – άκμονα και διπλό μηχανισμό ασφάλειας προς αποφυγή προ – πυροδότησης. Η συσκευασία να διαθέτει ειδική προέκταση που τοποθετείται και ασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού αναστομωτήρα για τοποθέτηση σε δύσπρόσιτα σημεία όπως π.χ. είναι ο οισοφάγος. Να διατίθενται σε μεγέθη : 29 MM με ύψος clip 4.8 MM για το παραπάνω εργαλείο 	ΤΕΜΑΧΙΑ : 2

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο **μέχρι την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 14.00**, ως εξής:

- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 14.00,
- ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 27490 / 04-12-2020

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ