



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα 25/02/2021

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 3623

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.Αργαλιά Αλεξάνδρα

Τηλ.:2661360-467

FAX:26610-81086

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προμήθεια ενός monitor ενδοσκοπήσεων για τον πύργο (ουρολογικής χρήσης) KARL STORZ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. 3.500,00 € συμπ.Φ.Π.Α,

cpv 33162200-5

ΣΧΕΤ.:	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6.Ν 3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ 3621/25/02/2021 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ 44ης-θέμα 47ο/ 16-12-2020
	10. ΑΔΑ: ΨΜ6Κ4690Β3-00Χ Απόφ. Αναλ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 3122/18/02.2021 Υποχρέωσης και αριθμ δέσμευση 204/0

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ενός monitor ενδοσκοπήσεων για τον πύργο (ουρολογικής χρήσης) KARL STORZ

όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της εν λόγω συλλογής . Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ και καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Να είναι απαραίτητα συμβατό με τον επεξεργαστή και τις κάμερες του Νοσοκομείου

20040607U KARL STORZ Compact iii SD

20223011U1 KARL STORZ TRICAM SL II 3 -CHIP CAMERA CONTROL UNIT (CCU)

20221030KARL STORZ TRICAM 3 -CHIP CAMERA Head

Με αναλογικές κατάλληλες εισόδου

- Να είναι 24 HD TFT LED
- Να διαθέτει ανάλυση 1920x1200 pixels τουλάχιστον
- Να έχει format εικόνας 16 :10 contrast 1000: 1 και φωτεινότητα 300 cd/m2
- Να διαθέτει εισόδους , DVI-D, SDI, VGA, C-VIDEO και S-VIDEO
- Να συνοδεύεται από βάση τοποθέτησης του ράφι τροχήλατο
- Να παρέχει εγγύηση 2 ετών

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες

σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 12/03/2021 .και ώρα 10.30 π.μ., ως εξής:

- ✓ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ✓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΊ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ»
- ✓ ΥΠΟΨΙΝ Κας Αργαλιάς Αλεξάνδρας
- ✓ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.: Παρασκευή 12/03/2021 .και ώρα 10.30
- ✓ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3623/25/02/2021
- ✓ Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE. Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:
- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

