



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Νίκας
Τηλ.: 26613 60538
Διεύθυνση URL: www.gnkerkyras.gr
Email: k.nikas@gnkerkyras.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κέρκυρα, 22-08-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 18967

Θέμα: Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της Διακήρυξης Αριθμ. 20/2022, μετά τον πίνακα με τίτλο: Προμήθεια Φίλτρων Αιμοκάθαρσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας «Αγία Ειρήνη», στον οποίο περιλαμβάνονται η περιγραφή των φίλτρων αιμοκάθαρσης και οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 44^{ης}-θέμα 19^ο/17-10-2021 Απόφασης Δ.Σ. μετά από δημόσια διαβούλευση, για ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες: in vitro kuf υψηλότερο των 20ml/mm Hg/h/1.0m² και επιφάνεια μεμβράνης πάνω από 1,5m²(1,5-2,3m²) καθώς και ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες : in vitro kuf μικρότερο των 20ml/mmHg/h/1.0m² και επιφάνεια μεμβράνης πάνω από 1,5 m²(1,5-2,3m²) διευκρινίζεται ότι απαιτείται:

1. **ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
2. **ΚΑΘΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ δηλαδή:**
 - **Fresenius4008s,**
 - **Nikkiso DBB-05 DBB-07και**
 - **Hospal Integra**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α/Α

ΝΤΕ ΜΑΤΖΙΟ ΙΜΜΑΚΟΛΑΤΑ