



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα  
Τηλ.: 26613-60868  
Mail : [d.tsara@gnkerkyras.gr](mailto:d.tsara@gnkerkyras.gr)

Κέρκυρα 22/01/2021  
Αρ. Πρωτ.: 1253

**ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**  
**«ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» ΜΕ CPV**  
**33141118-0 & 33693000-4**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 800,00€**  
**συμπερ/μένου Φ.Π.Α.**

<b>ΣΧΕΤ.:</b>	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6. Ν.3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ.: 1252/22-01-2021 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ : 3 <sup>ης</sup> - θέμα 28 <sup>ο</sup> / 19-01-2021
	10. Την με αρ. πρωτ.: 1207/22-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/37, αρ. Δέσμευσης 37/0 και ΑΔΑ: 67ΒΜ4690Β3-ΘΑΤ (ΚΑΕ 1311 <sup>ο</sup> 01),

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για προμήθεια «**ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**» παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν **διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.**

**Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσετε Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτιστεί η σχετική Σύμβαση.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

Α/Α	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΕΛΑΦΡΙΑ) ΜΕ :</b></li> <li>• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΣΑΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.</li> <li>• ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</li> </ul> <p><u>Γενικά χαρακτηριστικά της συσκευής :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230 mmHg</li> <li>2. Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου πίεσης στον πτυθμένα του τραύματος.</li> <li>3. Να έχει δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και μεταβαλλόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης.</li> <li>4. Να έχει τη δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγερμών.</li> <li>5. Να έχει ελαφριά αντλία με βάρος έως 750 gr.</li> <li>6. Να έχει διεπιφάνεια χρήστη / αντλίας στην ελληνική γλώσσα.</li> <li>7. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας.</li> <li>8. Η αντλία να έχει ανεξάρτητη λειτουργία από 12 έως 24 ώρες και να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία.</li> <li>9. Να φέρει φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος (στην αντλία).</li> <li>10. Να φέρει CE MARK.</li> </ol>	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
1	<p><b>ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM, 18 X 12,5 X3,3 CM.</b></p> <p><u>Σχόλια:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.</li> <li>• Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς καταναμημένο στη δομή του.</li> <li>• Να είναι αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά τη αφαίρεση.</li> <li>• Να έχει αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που</li> </ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	4

	<p>να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο, καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.</li> </ul>		
2	<p><b>ΚΑΝΙΣΤΡΟ – ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ</b></p> <p><u>Σχόλια:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).</li> <li>Να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ.</li> <li>Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml.</li> <li>Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία.</li> <li>Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.</li> <li>Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1.100 ml.</li> </ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ θα πρέπει να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία.</li> <li>Η κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών, εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος και κωδικό παρτίδας.</li> <li>Επίσης θα πρέπει να έχει ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ. φύλλου : 2198 2/10/2009 (αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648)</li> </ol>		

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο **μέχρι την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 14.00**, ως εξής:

- **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**
- **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 14.00,**
- **ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 1253 / 22-01-2021**

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**