



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα
Τηλ.:26613-60868
FAX:26610-81086

Κέρκυρα 02/11/2020
Αρ. Πρωτ. 24137

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33141750-2
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
5.300,00€ συμπτ. Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.:	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6.Ν 3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ. 24136/02-11-2020 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ: 35 ^{ης} /θέμα 33 ^ο /15-10-2020
	10. ΑΔΑ: Ψ7ΟΞ4690Β3-2 ^Α 2 με αριθμ. πρωτ/λου: 24069/02-11-2020, Αποφ. Αναλ. Υποχρέωσης και αριθμ δέσμευση 902/0και Β.Ε.Ε.Π 0/1145, [ΚΑΕ: 1313 ^α 01]

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς να προσκομίσετε Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣ/ΤΗΤ Α
1	ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ , με τις κάτωθι προδιαγραφές: Αυτοεσφηνούμενη press-fit τεχνητή κοτύλη , για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Η κοτύλη να προσφέρεται σε σχεδιασμό ελλειπτικού σχήματος, να είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτάνιο-αλουμινίου-βαναδίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη.	2 τεμ.

	<p>Η κοτύλη να προσφέρεται με οπές για χρήση βιδών και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον δέκα επτά μεγεθών.</p> <p>Ένθετο πολυαιθυλενίου για την προσφερόμενη κοτύλη, περιοριστικού ή μη περιοριστικού τύπου εξαιρετικά χαμηλής φθοράς. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22 mm, 28 mm, 32 mm ή /και 36 mm.</p> <p>Γυαλισμένος ενδομηριαίος στυλεός. Ευθύς, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένος από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, με σφηνοειδή σχεδιασμό και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τριών offset και πέντε τουλάχιστον μεγεθών ανά offset..</p> <p>Κεραμική κεφαλή κατασκευασμένη από τέταρτης γενιάς κράμα κεραμικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 28 mm, 32 mm ή 36 mm και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών μεγεθών ανά διάμετρο.</p> <p>Δύο ακριβικά τσιμέντα για την καθήλωση και τοποθέτηση του μηριαίου προθέματος.</p> <p>Ένα κυπέλιο ανάδευσης τσιμέντου.</p> <p>Ένα σύστημα πλύσης αναρόφησης μιας χρήσεως, για την πληρέστερη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση του εκτεταμένου χειρουργικού τραύματος και τον περιορισμό μετεγχειρητικής φλεγμονής.</p> <p>Μια λάμα πριονιού, για την οστεοτομία του αυχένος.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Σύστημα καθαρισμού μηριαίου αυλού 2) Σύριγγα τσιμέντου. 3) Βίδες τιτανίου καθήλωσης κοτυλιαίου προθέματος τουλάχιστον τρεις 4) Ένα πίεστρο τσιμέντου. 5) Ένα κολάρο τσιμέντου. 	
--	---	--

Σημείωση:

1) Όλα τα υλικά να συνοδεύονται από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας με τα κατάλληλα εργαλεία τοποθέτησης και χειρισμών.

2) Τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο **μέχρι την Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 14.00**, ως εξής:

- **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**
- **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 14.00,**
- **ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 24137 / 02-11-2020**

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

- ✓ **Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα**
- ✓ **Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ